



ESART A.Ş. ÇEVRE LABORATUVARI

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. Sonu
26110 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel - Faks : 0 222 236 10 47



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0417-T

AB-0417-T

23/898

08/23

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 31.08.2023
Numune / Rapor No : 23/898
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 22.08.2023	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 22.08.2023 - 25.08.2023

Numunenin Adı ve Tarifi : EOSB Müdürlüğü - Sanayi Odası Önü Danışma Yarı

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 22.08.2023 09:50

Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Numune Alma Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumasız olarak getirilmiş ve 10:15 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	Tablo1 - TS 266 (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (A)	mg/L	EPA 200.7	0	0,01
Bakır (A)	mg/L	EPA 200.7	0,0015	2
Çinko (A)	mg/L	EPA 200.7	0,0088	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500-O G	9,16	-
Demir (A)	mg/L	EPA 200.7	0,0045	0,2
Florür (A)	mg/L	SM 4110 B	0,52	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B	991	2500
Kadmiyum (A)	mg/l	EPA 200.7	0,0001	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit metodu	80,8	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110 B	57,02	250
Kurşun (A)	mg/L	EPA 200.7	0,0003	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit metodu	57,8	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B	20,50	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523	7,77	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit metodu	0,731	-
Sertlik	Fr	Kit Metodu	43,966	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B	21,3	-
Siyanür	mg/L	Kit metodu	<0,01	-
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B	101,47	250
Toplam Klor	mg/L	Kit metodu	0,789	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7	0,0607	0,05

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (T) ile işaretli olan analizler Taşeron Sözleşmesi kapsamında Akreditasyon Sertifikası ve Yeterlik Belgesi olan laboratuvara yaptırılacak analizlerdir. (B) ile işaretli olan analizler İş Birliği Sözleşmesi kapsamında Akreditasyon Sertifikası ve Yeterlik Belgesi olan laboratuvara yaptırılacak analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik

Feragat Beyanı mevcut mu? ☐ Hayır ☒ Evet (Feragat Beyanı rapora ek verilmiştir.)Karar Kuralı uygulanan parametreler var mı? ☒ Hayır ☐ Evet (Karar Kuralı uygulanan parametreler rapora ek bildirilecektir.)

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu(TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mühürü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Emrah DUAN ✓ Uzman Biyolog	Erkin İsmet ERDEM ✓ Çevre Yüksek Mühendisi	Nazan CEYLAN
			Emre ÖZER

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Analiz sonuçları analiz yapılan ve raporda adı geçen mülkiyeye aittir.

Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1/20 nüshası müşteride 1/90 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

F01-PR20/05/01/24.12.2021

Yayın Tarihi: 14.01.2015